



## Allegato 4

# Certificati di Taratura della Strumentazione Utilizzata





## CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Figura 1

Certificato di Taratura Fonometro Integratore di Precisione Larson Davis 824, Preamplificatore PRM902 e Microfono 2541 (Larson & Davis)

**SIT** SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA Calibration Service in Italy 

CENTRO DI TARATURA 068  
Calibration Centre

 **L.C.E.** S.r.l.  
Via dei Platani n.7/9 - 20090 Opera (MI)  
Tel. 02-57602858, Fax. 02-57607234  
<http://www.lce.it> - [info@lce.it](mailto:info@lce.it)

---

**ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 22668-A**

Data Certificato 2008-04-03  
Destinatario STEAM SRL

**Parametri ambientali**

	Di riferimento	Durante la misura
Temperatura (°C)	23.0	20.8
Umidità (%)	50.0	48.6
Pressione (hPa)	1013.3	1001.6

**Catena di misura analizzata**

Strumento	Modello	Costruttore	Matricola
Fonometro	824	Larson & Davis	1043
Preamplificatore	PRM 902	Larson & Davis	1536
Microfono	2541	Larson & Davis	7320

  
Il Responsabile del Centro  
Sergenti Marco





Figura 2

**Certificato di Taratura del Calibratore di Livello Sonoro CAL 2000  
Conforme IEC 942 classe (Larson & Davis)**

**SIT** SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA Calibration Service in Italy 

CENTRO DI TARATURA 068  
Calibration Centre

 **L.C.E.** S.r.l.  
Via dei Platani n.7/9 - 20090 Opera (MI)  
Tel. 02-57602858, Fax. 02-57607234  
<http://www.lce.it> - [info@lce.it](mailto:info@lce.it)

---

**ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 22667-A**

Data Certificato 2008-04-03  
Destinatario STEAM SRL

**Parametri ambientali**

	Di riferimento	Durante la misura
Temperatura (°C)	23.0	20.8
Umidità (%)	50.0	48.6
Pressione (hPa)	1013.3	1001.6

**Catena di misura analizzata**

Strumento	Modello	Costruttore	Matricola
Calibratore	CAL200	Larson & Davis	2653

Il Responsabile del Centro  
Sergenti Marco







Figura 3

**Certificato di Taratura Fonometro Integratore 2231, Preamplificatore ZC0020 (Brüel & Kjaer) e Microfono 201 (BSWA Tech)**

**SIT** SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA   
Calibration Service in Italy

---

CENTRO DI TARATURA 068  
Calibration Centre

 **L.C.E.** S.r.l.  
Via dei Platani n.7/9 - 20090 Opera (MI)  
Tel. 02-57602858, Fax. 02-57607234  
<http://www.lce.it> - [info@lce.it](mailto:info@lce.it)

---

**ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 22935-A**

Data Certificato 2008-05-29  
Destinatario STEAM SRL

**Parametri ambientali**

	Di riferimento	Durante la misura
Temperatura (°C)	23.0	22.4
Umidità (%)	50.0	61.0
Pressione (hPa)	1013.3	998.8

**Catena di misura analizzata**

Strumento	Modello	Costruttore	Matricola
Fonometro	2231	Brüel & Kjaer	1608401
Preamplificatore	ZC0020	Brüel & Kjaer	n.p.
Microfono	201	BSWA Tech	412145

  
Il Responsabile del Centro  
Sergenti Marco





Figura 4

**Certificato di Taratura del Calibratore di Livello Sonoro Bruel e Kjaer tipo 4230**

**SIT** SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA Calibration Service in Italy 

---

CENTRO DI TARATURA 068  
Calibration Centre

 **L.C.E.** S.r.l.  
Via dei Platani n.7/9 - 20090 Opera (MI)  
Tel. 02-57602858, Fax. 02-57607234  
<http://www.lce.it> - [info@lce.it](mailto:info@lce.it)

---

**ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 22936-A**

Data Certificato 2008-05-29  
Destinatario STEAM SRL

**Parametri ambientali**

	Di riferimento	Durante la misura
Temperatura (°C)	23.0	22.4
Umidità (%)	50.0	61.0
Pressione (hPa)	1013.3	998.8

**Catena di misura analizzata**

Strumento	Modello	Costruttore	Matricola
Calibratore	4230	Brüel & Kjaer	1622569

Il Responsabile del Centro  
Sergenti Marco



